

お願い

本エンジニアリングシートに収録した内容は

2011年11月現在の

仕様をまとめたものです。

改良などの為に予告なく仕様変更する事がございます。

予めご了承ください。

仕様などの最終確認の際は弊社までご連絡ください。

H-1シリーズ 工業用pH計(2線式)

HP-300



概要

本器はpH電極を接続し、DC 21 ~ 32 V 電源を接続することにより、供給電源ラインに重ねてpH測定値をDC 4 ~ 20 mAの信号として伝送します。
 また、測定値や各種設定値は液晶表示部に表示されま
 す。弊社製の洗浄器と組み合わせることで、洗浄中の伝
 送出力のホールドも可能です。
 また、豊富な自己診断機能で、電極の異常や本器の異常
 が確認できます。

測定対象

溶液中のpH

測定原理


ガラス電極式

用途

排水処理、生産プロセスにおける制御及び監視

システム構成図

標準仕様




H-1シリーズ 工業用pH計(2線式)

HP-300指示変換器

特長

屋外設置形 (IP65相当 防滴構造)
 温度同時表示選択可
 全設定が前面キーにて操作可能
 標準液5種対応 (pH 7と2、4、9、10のいずれか1~3点)
 メンテナンス機能の充実 (自己診断機能)
 伝送出力のレンジ設定可能
 2線伝送式 (DC 21 ~ 32 V)
 メモリーバックアップ
 見やすい表示 (従来比150%拡大)
 エンボスシート採用によるキー操作性の向上
 温度補償電極4種 (500、6.8k、1k、10k) 自動判定機能搭載

外形寸法



単位: mm


装置/センサ

ガラス電極法とは、ガラス電極と比較電極の2本の電極を用い、この2つの電極の間に生じた電圧(電位差)を知ることで、ある溶液のpHを測定する方法です。ガラスの薄膜の内・外側にpHの異なる溶液があると、薄膜部分に、pHの差に比例した起電力が生じます。この薄膜を電極膜といいます。

普通、溶液が30 の場合、2つの溶液のpHの差が1ちがえれば、約60mVの起電力が生じます。通常、ガラス電極の内部液にはpH7の液を用いますから、電極膜に生じた起電力を測定すれば、被検液、つまりpHを求めたい溶液のpH値がわかるわけです。


ところで、ガラス電極の電極膜に生じた起電力を測定するには、もう1本の電極が必要です。このガラス電極と一対のもう1本の電極が比較電極です。比較電極は、電位が極めて安定した電極でなければならず、そのために液絡部に、ピンホールをあけたり、セラミックを施したりしています。

いいかえると、ガラス電極は、pHの差による起電力が正確に生じるように工夫した電極。また、比較電極は、pHの差による起電力が発生しないように工夫した電極なのです。




各部の構成

● 正面




● 表示部



● 操作キー部




● 端子台



エアージ

内部の腐食を防止す為のバージ用エア供給口を有しています。腐食性のガスが発生する環境下で使用する場合、計装エアを常時流し、腐食性ガスを内部に混入するのを防ぎます。






電源

- ・本器には電源スイッチがありません。本器に近い場所に電源スイッチを設けて、電源のON/OFFができるようにしてください。
- ・電源は定格電圧DC 21 ~ 32 V の2線伝送電源です。
- ・定格範囲外の電圧で動作させると故障の原因となりますので電源電圧を確認してください。電源の電圧変動範囲もDC 21 ~ 32 V の範囲に入っているか十分確認してください。
- ・ケーブルは2芯シールドケーブルをご使用ください。
- ・落雷のおそれがある場合、避雷器を本器とディストリビュータ間に2箇所設置してください。

- ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
- ・接地はモータなどの電気機器の接地と分離してください。

供給電力	電流: DC 24V
適合電線	0.75 ~ 5.5mm ² (AWG18 ~ 10)

推奨接続例



推奨接続部品

品名	型式	備考
ディストリビュータ	DS-24-B	AC100V用
避雷器	MDP-24-1	信号用


メーカー: 株式会社 エム・システム技研

洗浄用ホールド入力

- ・本器と洗浄器と組み合わせて使用する場合に接続します。
- ・洗浄器よりのホールド接点信号がONすると、伝送出力がホールドされます。
- ・ホールドの形態は、設定により変更できます。
- ・接点入力(洗浄器HOLD入力)の抵抗は最大でも40 Ω以下としてください。

ホールド形態

- ・ホールドの形態は、設定により変更できます。
- 「HoLd」: 直前値をホールド出力します。
- 「PrES」: 任意に設定した値を出力します。




センサ

- pHの電極ケーブルは、高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
- ・ケーブルの端子や端子台を水などで濡らしたり、手あかや油で汚したりしないようにしてください。絶縁が低下します。
 - 絶縁が低下すると、指示不安定の原因となります。常に乾燥したきれいな状態に保ってください。
 - 万一汚れた場合は、アルコールなどでふき、よく乾燥させてください。
 - ・標準液校正や電極の点検・交換のために、電極ケーブル長は余裕をもって配線してください。
 - ・電極ケーブル、中継ケーブルはモータなどの誘導を与える機器の付近や、それらの電源ケーブルとは離して配線してください。


pH電極	S: ガラス電極シールドドライブ端子
	G: ガラス電極端子
	R: 比較電極端子
	SE: 接液極端子
	T, T: 温度補償電極端子
	E: シールド端子

6108、6109などS端子あり、SE端子なしのpH電極の場合の接続方法




R、SE間は、付属の短絡板を取りつけた状態でご使用ください。

6110などS端子なし、SE端子なしのpH電極の場合の接続方法



R、SE間は、付属の短絡板を取りつけた状態でご使用ください。

6171、6172、6173、6174などS端子あり、SE端子ありのpH電極の場合の接続方法



R、SE間は、付属の短絡板を取りはずしてご使用ください。


機能(pH電極自己診断機能)

本器には、pH電極の自己診断機能が搭載されています。
自己診断機能とは、電極のガラス応答膜の割れ検知、比較電極(液絡部)の詰まりを検知する機能です。
電極の種類、使用環境によっては機能が働かない場合がございますのでご注意ください。
ここでは、本機能について説明します。

pH電極の自己診断には以下の2種類があります。


ガラス応答膜割れ検知(ガラス膜異常)

ガラス応答膜と接液極、または比較電極(液絡部)の間に交流の電圧を印加することにより
ガラス応答膜と接液極、または比較電極間のインピーダンス(抵抗)を測定しています。
測定した抵抗が、ある閾値以下になった時、E-71(応答膜異常)のアラームが発生します。



液絡抵抗異常検知(比較電極異常)

比較電極と接液極の間に交流の電圧を印加することにより
比較電極と接液極間のインピーダンス(抵抗)を測定しています。
測定した抵抗が、ある閾値以上になった時、E-72(比較電極異常)のアラームが発生します。



pH電極の種類による自己診断内容

- ・接液極の無いpH電極の場合(6110、6108、6109、6151、6152、8200、8300等の電極)
この電極で検知できるのは、ガラス応答膜割れ検知のみです。
- ・接液極のあるpH電極の場合(6171、6172、6173、6174等の電極)
この電極では、ガラス応答膜割れ検知と液絡抵抗異常の両方検知できます。


電極の種類や使用環境により自己診断機能が正常に機能しない場合があります。

- ・電極が測定液に接していない場合-電極がサンプルに接していない場合、正常に自己診断機能が働きません。
ガラス応答膜の割れがあっても、応答膜異常(E-71)は発生しません。
比較電極が正常であっても、比較電極異常(E-72)が発生します。
- ・ガラス応答膜内部に空気層が混入した場合
ガラス応答膜が割れた場合でも、応答膜内部に空気層が混入した場合
空気絶縁で、極間の抵抗が正常に測定できなくなり、応答膜異常(E-71)は発生しません。
- ・接液極が無い電極で、液絡部の詰まりが発生した場合
接液極の無い電極で、液絡部の詰まりが発生した場合
ガラス応答膜に割れが発生していても液絡部の抵抗が大きければ応答膜異常(E-71)は発生しません。
- ・接液極がある電極で、比較電極部支持管の割れが発生した場合
接液極のある電極で、比較電極部支持管の割れが発生した場合
液絡抵抗は小さくなる方向なので比較電極異常(E-72)は発生しません。

組合せ


以下からは変換器・電極・ホルダなどの仕様に沿った形での組合せを表しています。
 詳細仕様に関しては各製品の項目でご確認ください。

浸漬形ホルダを使用する場合




*1: 浸漬ホルダ HIBSの場合はMB-10の
 *2: 変換器、CT-25(中継ボックス)の取付用のボールスタンドとなります。
 *3: 変換器、CT-25(中継ボックス)及びMH-60(取付金具)の取付用のボールスタンドとなります。
 *4: CH-101PFシリーズとの組み合わせについてはご相談ください。

流通形ホルダを使用する場合




*1: 変換器、CT-25(中継ボックス)の取付用のポールスタンドとなります。

浸漬形洗浄器を使用する場合



*1: 変換器、CT-25(中継ボックス)及びMH-65(取付金具)の取付用のポールスタンドとなります。

流通形洗浄器を使用する場合



*1: 変換器、CT-25(中継ボックス)及びMH-65(取付金具)の取付用のポールスタンドとなります。


仕様-1(工業用pH計 HP-300)

製品名	工業用pH変換器(2線式)			
形式	HP-300			
組み合わせ電極	ガラス電極			
測定範囲	pH	pH 0 ~ 14 (表示範囲:pH 1 ~ 15)		
	温度	0 ~ 100 温度センサ種別自動判別機能をご使用の場合、表示範囲: 10 ~ 110 温度センサ種別を手動で設定された場合、表示範囲: 20 ~ 130		
表示分解能	pH	0.01pH		
	温度	0.1		
性能	濃度	繰返し性	± 0.03 pH以内(等価入力にて)	
		直線性	± 0.03 pH以内(等価入力にて)	
	温度	繰返し性	± 0.3 (等価入力にて)	
		直線性	± 0.3 (等価入力にて)	
伝送出力	出力形態	DC4 ~ 20mA 入出力絶縁形(2線伝送式)		
	負荷抵抗	最大600 (*1)		
	繰返し性	± 0.02mA以内(出力のみ)		
	直線性	± 0.08mA以内(出力のみ)		
	出力範囲	pH: 固定範囲からの選択もしくは測定範囲内で任意に設定可能		
	異常時出力	バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)		
	ホールド機能	直前値ホールド、任意値ホールド、校正値出力 より選択設定		
接点入力	入力点数	1点		
	接点形態	オープンコレクタ無電圧a接点		
	条件	ON抵抗:40 開放電圧:1.2V 短絡電流:最大DC21mA		
	接点機能	閉接点入力時、伝送出力をホールド		
温度補償	適合温度素子	白金抵抗体:1k (0) 正特性感温抵抗体:500 (25)、6.8k (25)、10k (25)		
	素子選択方法	自動温度センサ種別判定または、手動切替(温度補償なしも可)		
	温度補償範囲	0 ~ 100		
	温度校正機能	基準温度計との比較1点校正		
校正	校正方法	自動校正または手動校正		
	校正点数	1点、2点、3点より選択		
	標準液の種類	pH 2、4、7、9、10 手動校正時は任意の標準液(2pH以上の差)		
	付加機能	自動標準液種判別		
		自動電位安定判定 校正不良自動判定(不斉電位、感度、応答時間) 校正履歴(不斉電位、感度、前回校正経過日数)		
自己診断	校正エラー	不斉電位異常、感度異常、応答時間異常、温度校正範囲外 標準液判別異常		
	電極診断エラー	ガラス応答膜割れ 比較電極インピーダンスエラー(液接地極付き電極の場合のみ) 温度センサ短絡、温度センサ断線、温度測定範囲外		
	変換器異常	CPU異常、ADC異常、メモリー異常		
動作温度範囲	-20 ~ 60 (凍結しないこと)			
動作湿度範囲	相対湿度5 ~ 90%(結露しないこと)			
保存温度	-25 ~ 65			
電源	定格電圧	DC 24 V (動作電圧範囲:DC 21 ~ 32 V) (*1)		
	消費電力	0.6 W以下		
適合規格	CE マーキング		EMC指令(2004/108/EC) EN61326-1:2006	
	EMC	イミュニティー Industrial location	静電気放電	IEC61000-4-2
			放射無線周波数電磁界	IEC61000-4-3(*2)
			電氣的ファストランジェント/バースト	IEC61000-4-4
			サージ	IEC61000-4-5(*3)
			無線周波数によって誘導する伝導妨害	IEC61000-4-6(*2)
	イミッションClassA	放射妨害	CISPR 11 CLASSA	
FCC規則		Part 15 CLASS A		

仕様-2(工業用pH計 HP-300)

構造	設置	屋外設置形
	取付方法	50Aポールまたは、壁面取付
	保護等級	IP65 IEC60529、JIS C0920
	ケース材質	アルミニウム合金(エポキシ変性メラミン樹脂塗装)
	取付金具材質	SUS304
	フード材質	SUS304(エポキシ変性メラミン樹脂塗装)
	表示窓材質	ポリカーボネイト
	表示素子	反射型モノクロ液晶
外形寸法	180(W) × 155(H) × 115(D) (取付金具含まず)	
質量	本体:約2.8kg、フード、取付金具:約1kg	

*1: 最大負荷抵抗は電源電圧により下図の範囲で使用可能です。




*2: 放射無線周波数電磁界および伝導妨害試験の指示影響基準は、pH測定値 ± 0.1 pH以内です。


*3: センサケーブル、伝送ケーブル、接点入力ケーブルを30 m以上に延長する場合は、CEマーキングでのEMC指令におけるサージ試験が適用されません。

*4: 伝送出力には、アレスタ(放電開始電圧400 V)を実装していますが、周囲環境や機器設置状況、外部接続機器などに応じて接続ライン上に最適なサージ吸収素子を組み込んでご使用ください。

外形寸法(工業用pH計 HP-300)




工業用pH計 HP-300 外形寸法図(壁取付)
(その他の寸法に関しては上記通りになります。)





PARTS	NOTES
1	取り付け板 SUS304
2	ケース ADC12
3	配線口 O.D 7 ~ 12cable
4	プラグ SUS304
5	アース SUS304 M4
6	カバー SUS304
7	フロントカバー ADC12
8	Uボルト SUS304 50A MB

エポキシ変性メラミン樹脂塗装
(マンセル 10PB/7/1)
約4.1Kg
IP65 (IEC60529, JIS C0920)


外部結線図(工業用pH計 HP-300)



注記
: 端子台のビスは外れない構造になっています。ターミナル取付時にはネジが浮き上がるまで回してください。




pH電極 (6108)



型式	6108-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 100 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.6MPa
比較電極	液落部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
pH応答膜	ガラス
液絡部	多孔質セラミック
支持管	ガラス
内部液補充口	
センサボディ	PP
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC
ケーブルパッキン	FKM
ホルダキャップ	EPDM


pH電極 (6109)



型式	6109-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 80 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.03MPa
比較電極	液落部	ガラススリーブ
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
pH応答膜	ガラス
液絡部	ガラススリーブ
支持管	ガラス
内部液補充口	
センサボディ	PP
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC
ケーブルパッキン	FKM
ホルダキャップ	EPDM


pH電極(6110)



型式	6110-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	0 ~ 60 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.03MPa
比較電極	液絡部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
pH応答膜	ガラス
パッキン	FKM
液絡部	多孔質セラミック
支持管	ガラス
内部液補充口	
センサボディ	PP
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC
ケーブルパッキン	FKM
ホルダキャップ	EPDM


pH電極(6151)



型式	6151-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 60 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.2MPa
比較電極	液絡部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
pH応答膜	ガラス
パッキン	FKM
液絡部	多孔質セラミック
支持管	PSF
内部液補充口	
センサボディ	PP
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC
ケーブルパッキン	FKM
ホルダキャップ	EPDM


pH電極 (6152)



型式	6152-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 60 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.2MPa
比較電極	液絡部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
pH応答膜	ガラス
パッキン	FKM
液絡部	多孔質セラミック
支持管	PSF
内部液補充口	
センサボディ	PP
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC
ケーブルパッキン	FKM
ホルダキャップ	EPDM


pH電極 (6171)



型式	6171-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 60 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.03MPa
比較電極	液絡部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
内部液補充口	PPS
接液部	Ni-Cr合金
液絡チップ	多孔質セラミック
ガラスセンサチップ	7123
センサボディ	PPS
Oリング	FKM
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC


pH電極 (6172)



型式	6172-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 60 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.03MPa
比較電極	液落部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
内部液補充口	PPS
接液部	Ti
液落チップ	多孔質セラミック
カラスセンサチップ	7124
センサボディ	PPS
Oリング	FKM
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC


pH電極 (6173)



型式	6173-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 60 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.03MPa
比較電極	液落部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
内部液補充口	PPS
接液部	Ti
液落チップ	多孔質セラミック
カラスセンサチップ	7123
センサボディ	PPS
Oリング	FKM
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC


pH電極 (6174)



型式	6174-50B	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	pH 0 ~ 14	
試料水条件	温度範囲	-10 ~ 100 (凍結なきこと)
	圧力	0 ~ 0.03MPa
比較電極	液落部	多孔質セラミック
	内部液	3.3mol KCl (補充式)
ケーブル長	標準5m (+5%)	

PARTS	NOTES
内部液補充口	PPS
接液部	Ti
液落ちップ	多孔質セラミック
ガラスセンサチップ	7122
センサボディ	PPS
Oリング	FKM
センサキャップ	シリコン
ケーブル	PVC

浸漬ホルダ(CH-101シリーズ)仕様・外形




PARTS	NOTES
内部液補充口	
ホルダ	PP(CH-101) PVC(CH-101-P) PVDF(CH-101-PF)
電極ハッキン	FKM
ワッシャ	PP(CH-101、CH-101-P) PVDF(CH-101-PF)
保護管	PP(CH-101、CH-101-P) PVDF(CH-101-PF)

呼び長	L寸法(mm)
0.5m	500 ± 10
1m	1000 ± 10
1.5m	1500 ± 10
2m	2000 ± 10
2.5m	2500 ± 10
3m	3000 ± 10

型式	CH-101シリーズ	CH-101-Pシリーズ	CH-101-PFシリーズ		
ホルダ材質	PP	PVC	PVDF		
温度	-5 ~ 80	-5 ~ 50	-5 ~ 100		
実際の使用温度範囲は組み合わせる電極の仕様も確認ください					
圧力	大気圧				
流速	2m/sec以下				
接液材質	電極ハッキン	FKM	FKM		
	ワッシャ	PP	PVDF		
	保護管	PP	PVDF		
ホルダー長(m)	0.5、1、1.5、2、2.5、3				
質量 (kg)	ホルダー長	0.5m	約0.2	約0.23	約0.25
		1m	約0.3	約0.45	約0.45
		1.5m	約0.45	約0.67	約0.65
		2m	約0.6	約0.89	約0.85
		2.5m	約0.75	約1.11	約0.85
		3m	約0.9	約1.33	約1.25

浸漬ホルダ(HIBシリーズ)仕様・外形




型式	HIB-P
ホルダ材質	PP
温度	-5 ~ 80 (実際の使用温度範囲は組合せる電極の仕様もご確認ください)
圧力	大気圧
流速	2m/sec以下
接液材質	PP(電極含まず)

PARTS	NOTES
ホルダキャップ	EPT
ホルダ	PP
保護管	PP

呼び長	L寸法(mm)
0.5m	772 ± 10
1m	1272 ± 10
1.5m	1772 ± 10
2m	2272 ± 10
2.5m	2772 ± 10
3m	3272 ± 10

浸漬ホルダ(HIBSシリーズ)仕様・外形




型式	HIB-S
ホルダ材質	SUS316
温度	-5 ~ 100 (実際の使用温度範囲は組合せる電極の仕様もご確認ください)
圧力	大気圧
流速	2m/sec以下
接液材質	SUS316(電極含まず)

PARTS	NOTES
ホルダキャップ	EPT
ホルダ	SUS316
保護管	SUS316
Kcl内部液タンク	PC 300ml

呼び長	L1寸法(mm)	L2寸法(mm)
0.5m	818 ± 10	595
1m	1318 ± 10	1095
1.5m	1818 ± 15	1595
2m	2318 ± 20	2095
2.5m	2818 ± 20	2595
3m	3318 ± 20	3095


取付金具(BA-1A)仕様・外形



型式	BA-1A
材質	ABS樹脂
取付パイプ	50A

1.5mまでの浸漬ホルダに使用可能です。


取付金具(BA-1S)仕様・外形



型式	BA-1S
材質	SUS-304
取付パイプ	50A

1.5mまでの浸漬ホルダに使用可能です。

取付金具(MB-10)仕様・外形




PARTS	NOTES
台座1	SUS304
取付板	SCS13
台座2	SUS304
Uボルト	SUS304

取付パイプ: 50A

*1: ぶらつき、振動がある場合は浸漬ホルダが脱落する場合があります。M5のネジで4箇所を固定してください。

取付金具(FK-1シリーズ)仕様・外形




型式	FK-1	FK-1P	FK-1S	
材質	フランジ	PP	PVC	SUS316
	ナット	PP	PVC	SUS304
	ワッシャ	PP	PVC	PP
	パッキン	FKM	FKM	FKM
フランジ規格	JIS 10K 50A FF			

1.5mまでの浸漬ホルダに使用可能です。
CH-101PFシリーズとの組み合わせについてはご相談ください

PARTS	NOTES
フクロナット	-
ワッシャ	-
パッキン	FKM
ルーズフランジ	-


フランジ規格	A	B	C	D- E
JIS 10K 50A FF	155	120	16	4- 19
JIS 10K 100A FF	210	175	18	8- 19
JIS 10K 150A FF	280	240	22	8- 23
JIS 10K 200A FF	330	290	22	12- 23

取付金具(RF-1シリーズ)仕様・外形



型式	RS-S1
材質	SUS316
フランジ規格	JIS 10K 50A FF他
対応浸漬形ホルダ	HIBSシリーズ

サポート金具(SP-60)仕様・外形



型式	SP-60
材質	SUS-316
対応ホルダ長(m)	1、1.5、2、2.5、3
対応ホルダ	CH-101シリーズ

ホルダ長1.5m以下の場合でも流速が速い場合でもサポートパイプが必要な場合があります。


PARTS	NOTES
ホルダ固定具	PVC
中間フック	SUS316
フック	SUS316
サポートパイプ	SUS316
ストッパ	SUS316

中間フックは浸漬ホルダ長:1.5m以上の場合に取付きます。

	サポートパイプ L1(mm)	浸漬ホルダ L2(mm)
1m用	500 ± 10	990 ± 10
1.5m用	1000 ± 10	1490 ± 10
2m用	1500 ± 10	1990 ± 10
2.5m用	2000 ± 10	2490 ± 10
3m用	2500 ± 10	2990 ± 10

CH-101PFシリーズとの組み合わせについてはご相談ください

取付金具(MH-60)仕様・外形




型式	MH-60
材質	アーム SUS-304
	U-ボルト SUS-304
取付パイプ	50A

サポートパイプ(SP-60シリーズ)をポールスタンドに固定する場合に使用します。


PARTS	NOTES
アーム	SUS304
Uボルト	SUS304(50A用)
Uボルト	SUS304(15A用)

ポールスタンド(PS-50)仕様・外形



型式	PS-50-300
材質	SUS-304
パイプ径	50A


流通ホルダ(CF-251シリーズ)仕様・外形



型式	CF-251	CF-251-P	CF-251-S
ホルダ材質	PP	PVC	SUS316
周囲温度	-5 ~ 60	-5 ~ 50	-5 ~ 60
測定液条件	温度	-5 ~ 80	-5 ~ 100
	実際の使用温度範囲は組み合わせる電極の仕様も確認ください		
	圧力	大気圧	
	流量	0.3 ~ 10L/min	
接液材質	パッキン	FKM	FKM
	ワッシャ	PP	PP
	保護管	PP	PP
	直射日光下での耐候性での問題がでる場合はPVC製もしくはSUS316+PVDF製をご使用ください。また、FKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合はご相談ください。		
質量	約0.6kg	約0.9kg	約4.5kg

PARTS	NOTES
内部液補充口	
ホルダ	PP(CF-251)
	PVC(CF-251-P)
	PVDF(CF-251-S)
締付けナット	PP(CF-251)
	PVC(CF-251-P)
	SUS304(CF-251-S)
ロック板	SUS304
流通ホルダ	PP(CF-251)
	PVC(CF-251-P)
	SUS316(CF-251-S)


流通ホルダ(CF-251-Tシリーズ)仕様・外形



型式	CF-251-T	CF-251-P-T	CF-251-S-T	
ホルダ材質	PP	PVC	SUS316	
周囲温度	-5 ~ 60	-5 ~ 50	-5 ~ 60	
測定液条件	温度	-5 ~ 80	-5 ~ 100	
	実際の使用温度範囲は組み合わせる電極の仕様も確認下さい			
	圧力	大気圧		
	流量	0.3 ~ 10L/min		
接液材質	パッキン	FKM	FKM	FKM
	ワッシャ	PP	PP	PVDF
	保護管	PP	PP	PVDF
	直射日光下での耐候性での問題がでる場合はPVC製もしくはSUS316+PVDF製をご使用下さい。 また、FKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合はご相談ください。			
質量	約1.3kg	約1.6kg	約5.2kg	

PARTS	NOTES
締付バンド	SUS304
取付金具	SUS304
ホルダ	PP(CF-251-T) PVC(CF-251-P-T) PVDF(CF-251-S-T)
締付けナット	PP(CF-251-T) PVC(CF-251-P-T) SUS304(CF-251-S-T)
ロック板	SUS304
流通ホルダ	PP(CF-251-T) PVC(CF-251-P-T) SUS316(CF-251-S-T)
KClタンク	PVC
ホースバンド	SUS304
ホース	PVC

流通ホルダ(CF-301シリーズ)仕様・外形




PARTS	NOTES
圧力計	0 ~ 0.5MPa
KCl注入口	PVC
KClタンク	PVC(CF-301/CF-301P) PP(CF-301S)
加圧ホルダ	
締付けナット	PP(CF-301) PVC(CF-301P) SUS304(CF-301S)
ロック板	SUS304

PARTS	NOTES
流通ホルダ	PP(CF-301) PVC(CF-301P) SUS316(CF-301S)
ケーブルキャップ	PPO
ホルダキャップ	PPO
加圧取合ネジ	Rc1/8
ホルダ	PP(CF-301) PVC(CF-301P) SUS316(CF-301S)
加圧ユニオン	C3604
継手	for 6/ 4 チューブ PVDF

型式	CF-301	CF-301P	CF-301S	
流通ホルダ材質	PP	PVC	SUS316	
周囲温度	-5 ~ 60	-5 ~ 50	-5 ~ 60	
測定液条件	温度	-5 ~ 80	-5 ~ 50	-5 ~ 100
	実際の使用温度範囲は組み合わせる電極の仕様も確認ください			
	圧力	-5 ~ 40 :0.30MPa 40 ~ 60 :0.22MPa 60 ~ 80 :0.15MPa	-5 ~ 40 :0.30MPa 40 ~ 50 :0.15MPa	-5 ~ 40 :0.30MPa 40 ~ 60 :0.25MPa 60 ~ 80 :0.20MPa 80 ~ 100 :0.15MPa
	流量	0.3 ~ 10L/min		
接液材質	パッキン	FKM	FKM	FKM
	ワッシャ	PP	PP	PVDF
	保護管	PP	PP	PVDF
直射日光下での耐候性での問題がでる場合はPVC製もしくはSUS316+PVDF製をご使用ください。 また、FKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合はご相談ください。				
測定液接続口径	JIS 10K 25A FFフランジ			
ホルダ内圧加圧口(*1)	Rc 1/8			
質量	約1.2kg	約1.5kg	約5.1kg	

- *1測定液圧力に対してホルダ内の圧力は常に0.03 ~ 0.05MPa高く維持してください。
- ・手動で定期圧力を行う場合はオプションの加圧口、ハンドポンプが必要になります。
- ・メンテナンス時はホルダを着脱する為、計装エア用配管はフリキシブルなものを使用してください
- ・計装エアラインにはミストキャッチャー及びフィルター付きレギュレータを装着してください。


流通ホルダ(CF-401S)仕様・外形



PARTS	NOTES
ケーブルキャップ	PPO
ホルダキャップ	PPO
加圧ブロック	PVDF
ナット	SUS304
KClタンクカバー	SUS304
KClタンク	PC
加圧ホルダ	
締付けナット	SUS304
ロック板	SUS304
流通ホルダ	SUS316
KCl注入口	PVC
圧力計	0 ~ 0.5MPa
加圧取合ネジ	Rc1/8
継手	for 6/ 4 チューブ PVDF

型式	CF-401S	
周囲温度	-5 ~ 60	
測定液条件	温度	-5 ~ 100 (結露なきこと)
	圧力	-5 ~ 40 : 0.6MPa 40 ~ 60 : 0.46MPa 60 ~ 90 : 0.26MPa 90 ~ 100 : 0.2MPa
	流量	0.5 ~ 10L/min
	接液材質	SUS316, FKM FKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合はご相談ください。
測定液接続口径(*1)	JIS 10K 25A FFフランジ	
ホルダ内圧加圧口	Rc 1/8	
質量	約9.0kg	
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・0.4MPa稲生での手動圧力は事故の要因となる為避けてください。(計装エアでの加圧運用を行ってください。) ・メンテナンス時はホルダを着脱する為、計装エア用配管はフリキシブルなものを使用してください。 ・計装エアラインにはミストキャッチャ及びフィルター付きレギュレータを装着してください。 ・周囲環境に腐食性ガス(ポリカーボネートを侵す有機溶剤系ガスなど)などが無い場所に設置してください。 ・本製品にはホルダは付属されていますが電極は付属されていません。 ・測定液圧力に対してホルダ内の圧力は常に0.05 ~ 0.1MPa高く維持してください。 	

流通ホルダ(CF-501シリーズ)仕様・外形



流通ホルダ CF-501

PARTS	NOTES
センサアダプタ	PP
締付けナット	PP
ロック板	SUS304
流通ホルダ	PP

流通ホルダ CF-501P


PARTS	NOTES
センサアダプタ	PVC
締付けナット	PVC
ロック板	SUS304
流通ホルダ	PVC

流通ホルダ CF-501S

PARTS	NOTES
センサアダプタ	PPS
締付けナット	SUS304
ロック板	SUS304
流通ホルダ	SUS316


型式	CF-501	CF-501P	CF-501S
周囲温度	-5 ~ 60	-5 ~ 50	-5 ~ 60
測定液条件	温度	-5 ~ 80	-5 ~ 100
	圧力	大気圧(出口側開放)	
	流量	0.3 ~ 10L/min	
接液材質	PP、FKM	PVC、PP、FKM	SUS316、PPS、FKM
測定液接続口径	JIS 10K 25A FFフランジ		
質量	約0.6kg	約0.9kg	約4.2kg
特記事項	・必ずKClタンク(RR-22)と組み合わせて使用して下さい。 ・本製品には電極/KClタンクは付属されていません。 ・直射日光下での耐候性で問題がある場合は、PVC製もしくはSUS316 + PPS製ホルダをご使用ください。 またFKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合はご相談ください。		

中継ボックス(CT-25pH)仕様・外形




PARTS	NOTES
カバー	ABS
ブラケット	ABS
配線口	
スプリング	SUS304
端子ボード	ABS
O-リング	NBR
ボルト(付属品)	SUS304 M8

- ・中継ボックスはセンサと変換器本体がセンサーケーブル長以上離れている場合は必ず使用してください。
- ・配線は必ず専用ケーブルを使用してください。一般ケーブルを使用したり途中での継ぎ足しはしないでください。
- ・中継ボックスは防雨構造となっております。



延長ケーブル(C-5A)仕様・外形



- 特性
- 導体抵抗 63.2 /hm以下
 - 耐電圧 AC1000Vに1分間耐えること
 - 絶縁抵抗 10000M /hm
 - 定格温度 90
 - 静電容量 150PP/m以下

- ・pH電極の標準リード5m以上ケーブルを延長する場合にご使用ください。
- ・配線は必ず専用ケーブルを使用してください。一般ケーブルを使用したり途中での継ぎ足しはしないでください。
- ・延長時には中継ボックスをご使用ください。

設置に関して(電源・伝送他)


以下の設置に関して(電源・伝送他)内容は標準仕様の内容になります。
本器はオプションで洗浄器を設置することが可能です。
洗浄器仕様に関する設置は洗浄器の項目で説明致します。

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。


電源

- ・本器には電源スイッチがありません。本器に近い場所に電源スイッチを設けて、電源のON/OFFができるようにしてください。
- ・電源は定格電圧DC 21～32 V の2線伝送電源です。
- ・定格範囲外の電圧で動作させると故障の原因となりますので電源電圧を確認してください。電源の電圧変動範囲もDC 21～32 V の範囲に入っているか十分確認してください。
- ・ケーブルは2芯シールドケーブルをご使用ください。
- ・落雷のおそれがある場合、避雷器を本器とディストリビュータ間に2箇所設置してください。
- ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
- ・接地はモータなどの電気機器の接地と分離してください。


供給電力	電流:DC 24V
適合電線	0.75～5.5mm ² (AWG18～10)



供給電力
電圧 : DC21～32V
負荷抵抗: 下图参照



推奨接続例




推奨接続部品

品名	型式	備考
ディストリビュータ	DS-24-B	AC100V用
避雷器	MDP-24-1	信号用

メーカー:株式会社 エム・システム技研

洗浄用ホールド

- ・本器と洗浄器と組み合わせて使用する場合に接続します。
- ・洗浄器よりのホールド接点信号がONすると、伝送出力がホールドされます。
- ・ホールドの形態は、設定により変更できます。
- ・接点入力(洗浄器HOLD入力)の抵抗は最大でも40Ω以下としてください。




電極ケーブル

- 電極ケーブルは、高絶縁ケーブルです。取り扱いに注意してください。
- ・ケーブルの端子や端子台を水などで濡らしたり、手あかや油で汚したりしないようにしてください。絶縁が低下します。
 - 絶縁が低下すると、指示不安定の原因となります。常に乾燥したきれいな状態に保ってください。
 - 万一汚れた場合は、アルコールなどでふき、よく乾燥させてください。
 - ・標準液校正やセンサの点検・交換のために、センサケーブル長は余裕をもって配線してください。
 - ・センサケーブル、中継ケーブルはモータなどの誘導を与える機器の付近や、それらの電源ケーブルとは離して配線してください。


pH電極	S: ガラス電極シールドドライブ端子
	G: ガラス電極端子
	R: 比較電極端子
	SE: 接液極端子
	T, T: 温度補償電極端子
	E: シールド端子

6108、6109などS端子あり、SE端子なしのpH電極の場合の接続方法




R、SE間は、付属の短絡板を取りつけた状態でご使用ください。

6110などS端子なし、SE端子なしのpH電極の場合の接続方法



R、SE間は、付属の短絡板を取りつけた状態でご使用ください。

6171、6172、6173、6174などS端子あり、SE端子ありのpH電極の場合の接続方法



R、SE間は、付属の短絡板を取りはずしてご使用ください。


センサケーブルの延長

必ず専用中継ケーブル・中継ボックスをご使用下さい。


- ・ 電極ケーブル専用延長ケーブル(C-5A)
- ・ 専用中継ボックス (CT-25pH)

計器本体から電極までの最大延長距離は50 mです。
 専用中継ケーブルは、誘導、振動などによる静電気の発生などを防止するためコンジットパイプ(電線管)に納めることをおすすめします。この場合、計器近くの配線は、フレキシブルチューブ(可とう電線管)を通してください。


延長ケーブルの端末処理方法




リード線・黒の被覆を根元まではがし、シールド網組を取り出す。




リード線・黒のシールド網組より黒地に白線のリード線を取り出す。



リード線(黒地に白線)の被覆を取り除き、被覆(導電性プラスチック:黒地に白線)は必ず透明線の根元まで取り除く。



リード線全てについて約1cm銅線をむき出しにする。シールド網組1とシールド網組2はショートしないように収縮チューブを被せる。




銅線を圧着端子でかしめる。

設置に関して(取付)


以下の設置に関して(取付)内容は標準仕様の内容になります。
 本器はオプションで洗浄器を設置することが可能です。
 洗浄器仕様に関する設置は洗浄器の項目で説明致します。

本体(ポール取付の場合)




・本体はポール取付または壁取付が可能です。
 ・ポール取付の場合は50Aポールを使用して下さい。
 ・どちらもメンテナンススペースを考慮し設置して下さい。

本体(壁取付の場合)




浸漬ホルダ + 取付金具(BA-1A、BA-1S)

- ・取付金具BA-1AまたはBA-1Sは2-10のボルトで固定して下さい。
- ・浸漬ホルダを設置する際にはスラブ上250mm以上で設置して下さい。
- ・浸漬ホルダ設置の際、浸漬ホルダ下部100mm以上サンプル水に浸かる高さに設置して下さい。
- ・設置する浸漬ホルダは1.5mまでとなります。




浸漬ホルダ + 取付金具(MB-10)

- ・取付金具MB-10は50Aボールに固定してください。
- ・浸漬ホルダをMB-10に設置する際にはMB-10の浸漬ホルダを固定するU-ボルト上部250mm前後で設置してください。
- ・浸漬ホルダ設置の際、浸漬ホルダ下部100mm以上サンプル水に浸かる高さに設置してください。
- ・設置する浸漬ホルダは1.5mまでとなります。




浸漬ホルダ + ルーズフランジ(FK-1シリーズ)

- ・FK-1シリーズはJIS 10K 50A FFが基本的サイズになります。特別仕様のルーズホルダーを設置する場合はサイズを確認の上、設置してください。
- ・浸漬ホルダをFK-1シリーズに設置する際にはルーズホルダーの袋ナット上部200mm以上で設置してください。
- ・浸漬ホルダ設置の際、浸漬ホルダ下部100mm以上サンプル水に浸かる高さに設置してください。



浸漬ホルダ + サポートパイプ(SP-60シリーズ) + 取付金具(MH-60)

- ・1.5m以上の浸漬ホルダを使用する際はサポートパイプを使用し浸漬ホルダを固定する事をお薦め致します。
- ・サポートパイプを使用する際は浸漬ホルダの長さをご確認の上ご使用・設置ください。(浸漬ホルダ(ホルダ長)とサポートパイプを使用出来る長さは決まっています。)
- ・浸漬ホルダはサポートパイプに固定し使用してください。
- ・サポートパイプは取付金具(MH-60)に固定し使用してください。
- ・取付金具MB-10は50Aボールに固定してください。
- ・浸漬ホルダ設置の際、浸漬ホルダ下部100mm以上サンプル水に浸かる高さに設置してください。



流通ホルダ

・流通ホルダCF-251シリーズ・CF-501はJIS 10K 25A FFが基本的サイズになります。特別仕様の流通ホルダを設置する場合はサイズを確認の上、設置してください。


- ・ホルダ設置の際は必ず縦置きで設置ください。

CF-251シリーズ / CF-501

- ・流通ホルダ入口側にバルブを設置してください。
- ・背圧が掛からない様、出口側配管は短くしてください。(出口側は大気開放です。)
- ・出口配管は立ち上げないでください。

流通ホルダ内部に背圧がかかりセンサ内部に測定液が逆流を起し正確な測定が出来なくなります。逆流を起したセンサは使用出来ません。

- ・流入側には必ずバルブを設けて下さい。測定液の流量が多すぎるとキャピテーションなどの発生や流速によるセンサ液絡部への加圧により指示値に変動を生じる事があります。また流量が少なすぎると指示値の応答の遅れを生じます。測定液の条件で流量調整をしてください。
- ・測定液に浮遊物質が多い時にはホルダ流入側にストレーナを設けてください。





流通ホルダ

・ホルダー設置の際は必ず縦置きで設置ください。

CF-301シリーズ/CF-401S

- ・流通ホルダ入口側、出口側にもバルブを設置してください。
- ・加圧ホルダ内の圧力は0.03～0.05MPaの状態を維持してください。
- ・計装エアーを使用する場合はメンテナンスを考慮し、フレキシブルなホースを使用してください。



- ・メインラインからバイパスラインを設け、流通ホルダの下方から測定液が流入して側方に流出する様に設置してください。
- ・流入側には必ずバルブを設けて下さい。測定液の流量が多すぎるとキャピテーションなどの発生や流速によるセンサ液絡部への加圧により指示値に変動を生じる事があります。また流量が少なすぎると指示値の応答の遅れを生じます。測定液の条件で流量調整をしてください。
- ・測定液に浮遊物質が多い時にはホルダ流入側にストレーナを設けてください。




加圧に関して

- ・空気入れによる加圧の場合、加圧口を利用してください。
- ・加圧ホルダ内の圧力は0.03～0.05MPaの状態を維持してください。
- ・計装エアーを使用する場合はメンテナンスを考慮し、フレキシブルなホースを使用してください。

- ・計装エアーで加圧の場合、ユニオンを利用してください。
- ・加圧ホルダ内の圧力は0.03～0.05MPaの状態を維持してください。
- ・計装エアーを使用する場合はメンテナンスを考慮し、フレキシブルなホースを使用してください。
- ・流通ホルダの近くにレギュレータ(フィルター付き)を設け加圧ホルダとの間をチューブで(4×6)で接続してください。



組合せ(浸漬形超音波洗浄器)



H-1シリーズ用浸漬形超音波洗浄器 UCH-series



概要

本器は電極に付着した汚れを剥離洗浄、または汚れの付着を未然に防止します。
超音波を電極に連続照射しそのキャピテーション効果により電極に付着した汚れを防止します。
洗浄効果を高める為に超音波を連続的に間欠発振させる方式を採用(バースト発振)



対象

超音波洗浄器は以下の様な対象物に比較的有効です。
但し、諸条件により洗浄効果は異なり保証するものではありません。

性状分類	対象	
スライム	食品、紙、パルプ、藻類	
微生物	バクテリア(活性汚泥)、のろ	
油性	タール、重油	×
	軽油	
	脂肪酸、アミン	×
懸濁物	土砂	
	金属美粉末	
	粘土、石灰質	
スケール	凝集沈殿物、中和排水処理	
	炭酸カルシウム他	

:良 :可 ×:不可

システム構成



仕様(UCH-101・UCH-111)


製品名	浸漬形用超音波洗浄器(超音波発振器一体型)	
型式	UCH-101	
電源電圧	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
許容電圧変動範囲	電源電圧の90 ~ 110%	
消費電力	10VA	
洗浄方式	超音波連続照射方式	
制御方法	発振時間制御によるバースト方式	
発振周波数	約70kHz	
周囲温度	-5 ~ 50	
周囲湿度	5 ~ 90%RH(結露なきこと)	
測定液温度(*1)	-5 ~ 80 (凍結なきこと)	
測定液流速	2m/sec以下	
測定液圧力	大気圧	
接液材質	SUS316(電極及び浸漬ホルダ材質は含みませ	
質量	約4.0kg(浸漬ホルダ長1mの場合)	
発振器ケース	保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリー-2)
	材質	AC4C
	塗装	エポキシ変性メラミン樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)
特記事項	本製品に電極及び浸漬ホルダは付属されていません。	

*1: 組合せ電極及びホルダにより使用温度範囲が異なります。各製品の仕様温度を確認してください。

製品名	浸漬形用超音波洗浄器(超音波発振器別設置型)	
型式	UCH-111	
電源電圧	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
許容電圧変動範囲	電源電圧の90 ~ 110%	
消費電力	10VA	
洗浄方式	超音波連続照射方式	
制御方法	発振時間制御によるバースト方式	
発振周波数	約70kHz	
周囲温度	-5 ~ 50	
周囲湿度	5 ~ 90%RH(結露なきこと)	
測定液温度(*1)	-5 ~ 80 (凍結なきこと)	
測定液流速	2m/sec以下	
測定液圧力	大気圧	
接液材質	SUS316(電極及び浸漬ホルダ材質は含みませ	
質量	発振器	約2.0kg
	振動子ホルダ	約2.5kg(浸漬ホルダ長1mの場合)
発振器ケース	保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリー-2)
	材質	AC4C
	塗装	エポキシ変性メラミン樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)
特記事項	本製品に電極及び浸漬ホルダは付属されていません。	

*1: 組合せ電極及びホルダにより使用温度範囲が異なります。各製品の仕様温度を確認してください。

外形寸法(UCH-101)



浸漬形超音波洗浄器UCH-101の
L長と公差は以下の表通りです。


No	PARTS	NOTES
	電極ホルダ固定具	PVC
	フック	SUS316
	スペーサ	PP
	超音波振動子	SUS316
	超音波発振器	AC4C
	配管口	O.D 7to12cabel
	振動子ホルダ	SUS316
	サポートフック	SUS316
	ストッパ	SUS316

呼び長(m)	L長(mm)	メンテナンススペース(mm)
0.5	588 ± 10	500以上
1	1088 ± 10	1000以上
1.5	1588 ± 10	1500以上
2	2088 ± 10	2000以上
2.5	2588 ± 10	2500以上
3	3088 ± 10	3000以上


メンテナンススペースは超音波発振器上部に必要なスペースになります。

・サポートフックは1.5m以下の洗浄器には付いていません。

外形寸法(UCH-111)



外形寸法(US-2)



PARTS	NOTES
浸漬ホルダ固定具	PVC
フック	SUS316
スペーサ	PP
超音波振動子	SUS316
中継端子箱	AI
配管口	O.D 7to12cabel
振動子ホルダ	SUS316
サポートフック	SUS316
ストッパ	SUS316

・サポートフックは1.5m以下の洗浄器には付いていません。

浸漬形超音波洗浄器UCH-111のL寸法と公差は以下の表通りです。

呼び長(m)	L寸法(mm)	メンテナンススペース(mm)
0.5	528 ± 10	500以上
1	1028 ± 10	1000以上
1.5	1528 ± 10	1500以上
2	2028 ± 10	2000以上
2.5	2528 ± 10	2500以上
3	3028 ± 10	3000以上

メンテナンススペースは超音波発振器上部に必要なスペースになります。

No	PARTS	NOTES
	発振器カバー	AC4C
	発振器ケース	AC4C
	配線口	O.D 7to12cabel
	取付皿SUS304	SUS304
	Uボルト	SUS304 M8


質量：約2.0kg
 保護等級：IP 54
 (IEC60529, JIS C0920)(カテゴリー-2)
 塗装：エポキシ変性メラミン樹脂塗装
 (マンセル 10PB5/1)

設置に関して(UCH-101)(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

- 電源**
- ・本器には電源スイッチがあります。作業の際はOFFにしてください。
 - ・定格範囲外の電圧で動作させると故障の原因となりますので電源電圧を確認してください。
 - ・電源の電圧変動範囲も±10%の範囲に入っているか十分確認してください。
 - ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 - ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。
 - ・作業終了後、動作中は必ず感電防止の為発振器キャップを取り付けてください。
 - ・超音波振動子との端子は結線が行われております。

供給電力	電圧: AC 100 ~ 240V
	周波数: 50/60Hz
適合電線	7 ~ 12




設置に関して(UCH-111)(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

- 電源**
- ・本器には電源スイッチがあります。作業の際はOFFにしてください。
 - ・定格範囲外の電圧で動作させると故障の原因となりますので電源電圧を確認してください。
 - ・電源の電圧変動範囲も±10%の範囲に入っているか十分確認してください。
 - ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 - ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。
 - ・作業終了後、動作中は必ず感電防止の為発振器キャップを取り付けてください。

供給電力	電圧: AC 100 ~ 240V
	周波数: 50/60Hz
適合電線	7 ~ 12




設置に関して(超音波洗浄器とホルダ)

以下の図に倣って設置・施工を行ってください。


取り付け

- ・浸漬ホルダにフックを取付固定してください。
- ・フックを振動子ホルダに沿わせしゆっくり下ろしてください。
- ・振動子ホルダのストッパーに引っかかったら浸漬ホルダ固定具を固定してください。



取り外し


- ・浸漬ホルダ固定具を外します。
- ・浸漬ホルダを引き上げてください
- ・フック、サポートフックを振動子ホルダから取り外してください。




据付に関して

設置環境

- ・保守などの作業が容易に行える場所に取り付けてください。
- ・測定液液面が変動しても、常にセンサが浸かっている様に取り付けてください。
- ・腐食性の流体、ガスなどがかかる場所の取り付けは避けてください。
- ・発熱体などのそばで表面、周囲温度が50℃以上になる場所への取り付けは避けてください。



組合せ(浸漬形ジェット波洗浄器)



H-1シリーズ用浸漬形ジェット洗浄器

JCH-101



概要

本器はpH電極に付着した汚れを洗浄水及びエアにより間欠洗浄します。本洗浄器にはタイマ機能が無い為、変換器のタイマ機能により、洗浄間隔、洗浄時間の設定を行います。


対象

ジェット洗浄器は以下の様な対象物に比較的有効です。但し、諸条件により洗浄効果は異なり保証するものではありません。

性状分類	対象	
スライム	食品、紙、パルプ、藻類	
微生物	バクテリア(活性汚泥)、のろ	
油性	タール、重油	×
	軽油	
	脂肪酸、アミン	
懸濁物	土砂	
	金属美粉末	
	粘土、石灰質	
スケール	凝集沈殿物、中和排水処理	
	炭酸カルシウム他	

:良 :可 ×:不可

システム構成



仕様(JCH-101)

製品名		浸漬形ジェット洗浄器(タイマーユニット一体型)
型式		JCH-101
電源電圧(*1)		AC 100V 50/60Hz
許容電圧変動範囲		電源電圧の90～110%
消費電力		最大40VA
洗浄中信号 出力	接点形態	リレー接点 SPDT(1c)
	接点容量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
	条件	NO-COM間 短絡、NC-COM間 開放
外部洗浄始動 入力(*2)	接点形態	無電圧接点
	接点容量	30mA、電圧は電源電圧と同等
	条件	パルス入力 閉時間100msec以上
洗浄停止信号 入力(*3)	接点形態	無電圧接点
	接点容量	250mA、電圧は電源電圧と同等
	条件	連続入力 開で停止
タイマ	洗浄周期	0.1～3.0時間
	洗浄時間	0.5～10.0分間
	洗浄中信号 遅延時間	0.2～5.0分間
洗浄方式		間欠水ジェット/エアージェット洗浄
周囲温度		-5～50
周囲湿度		5～90%RH(結露なきこと)
測定液温度(*4)		-5～80 (凍結なきこと)
測定液流速		2m/sec以下
測定液圧力		大気圧
洗浄圧力	水	0.05～0.5MPs(消費量:約4L/min)(*5)
	エア	0.05～0.2MPs(消費量:約90L/min)
洗浄用接続口径		Rc 1/2
接液材質		SUS316,FKM(電極及び浸漬ホルダ材質は含みません)
質量		約6.5kg(浸漬ホルダ長1mの場合)
タイマケース	保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリー2)
	材質	AC4C
	塗装	エポキシ変性メラミン樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)
特記事項		本製品に電極及び浸漬ホルダは付属されていません。

*1:電源電圧AC200Vはオプション対応可能です。それ以外の電源電圧についてはご相談ください。

*2:外部洗浄始動入力ラインを使用する場合は、洗浄周期タイマ(T1)を取り外してください。


*3:製品出荷時、端子間は短絡されています。洗浄停止信号を入力する場合は短絡を取り外してください。

*4:組み合わせ電極及び浸漬ホルダにより使用温度範囲が異なりますので各製品の仕様温度を確認してください。

*5:洗浄水に水道水を使用する場合は上水道から直接供給するのは水道法によって禁止されています。水道水加圧装置などを使用し一般の水道管と絶縁してください。

また、洗浄水が凍結する恐れがある場合は暖冷保温配管を施してください。

外形寸法(JCH-101)





No	PARTS	NOTES
	配管口	O.D 7to 12cable
	タイマユニットカバー	AC4C
	タイマユニット	AC4C
	洗浄水/エア入口	Rc1/2
	電磁弁	
	ストッパー	SUS316
	ノズルホルダ	SUS316
	ノズル	SUS316
	浸漬ホルダ固定具	PVC
	サポートフック	SUS316
	フック	SUS316
	スペーサ	PP

・サポートフックは1.5m以下の洗浄器には付いていません。


L1(m) (呼び長)	L2
1	1108 ± 10
1.5	1608 ± 10
2	2108 ± 10
2.5	2608 ± 10
3	3108 ± 10

単位:mm

各部の名称/端子(JCH-101)



洗浄器(タイムユニット)




設置に関して(JCH-101)(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。


結線
 ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。

適合電線 7～ 12 0.75mm²以上




ホールド入力端子
 ON抵抗:最大40Ω
 開放電圧:DC1.2V
 短絡電流:最大21mA


洗浄中信号出力
 接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
 接点容量:AC 250V 3A
 DC 30V 3A(抵抗負荷)
 条件 :NO-COM間 短絡
 NC-COM間 開放




HOLD(洗浄中信号出力(ホールド信号出力))の配線
 ・接点容量は抵抗負荷でAC 250V 3A、DC 30V 3A(負荷抵抗)です。
 ・端子台の「COM、NO、NC」端子から洗浄中信号出力を取ることができます。



START(外部洗浄動作入力)の配線
 ・外部洗浄始動入力を用いて、外部から洗浄を開始させることができます。
 ・端子台の「START」端子へ100ms以上の「閉」信号を入力してください。



STOP(洗浄停止信号入力)の配線
 ・「STOP」端子を利用して、洗浄動作を停止させることができます。
 ・洗浄用のモーターへの電源ラインと直列に配列されています。
 ・この端子を「オープン」にするとモータに通電されないで、洗浄動作を停止させることができます。通常はショートバーで短絡されています。




設置に関して(JCH-101)(配管)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

配管


- ・メンテナンス時洗浄器を取りはずす場合があるので、配管はフレキシブルなもので長さに余裕を与えてください。
- ・配管を洗浄器に接続する前に必ず通水して配管内のゴミを洗い流してください。
- ・洗浄水はレギュレータにて規定圧力に調整してください。
- ・洗浄水に水道水を使用する場合は上水道から直接供給するのは水道法によって禁止されています。一端水槽などに受け、ポンプで加圧する方法を取ってください。但し、独自の工業用水(三次処理水)を用いる場合には直接接続できます。また、水道水であっても一端屋上などのタンクを経由して配水されていて絶縁されている場合は接続できます。




設置に関して(ジェット洗浄器とホルダ)

以下の図に倣って設置・施工を行ってください。

取り付け
 ・浸漬ホルダにフックを取付固定してください。
 ・フックをノズルホルダに沿わせゆっくり下ろしてください。
 ・ノズルホルダのストッパーに引っかかったら浸漬ホルダ固定具を固定してください。




取り外し
 ・浸漬ホルダ固定具を外します。
 ・浸漬ホルダを引き上げてください。
 ・フック、サポートフックを振動子ホルダから取り外してください。




据付に関して

設置環境

- ・保守などの作業が容易に行える場所に取り付けてください。
- ・測定液液面が変動しても、常にセンサが浸かっている様に取り付けてください。
- ・腐食性の流体、ガスなどがかかる場所の取り付けは避けてください。
- ・発熱体などのそばで表面、周囲温度が50 以上になる場所への取り付けは避けてください。



組合せ(浸漬形ブラシ洗浄器)



H-1シリーズ用浸漬形ブラシ洗浄器

BCH-101



概要

本器はpH電極に付着した汚れをブラッシングにより間欠洗浄します。本洗浄器にはタイマ機能が無い為、変換器のタイマ機能により、洗浄間隔、洗浄時間の設定を行います。


対象

ブラシ洗浄器は以下の様な対象物に比較的有効です。但し、諸条件により洗浄効果は異なり保証するものではありません。

性状分類	対象	
スライム	食品、紙、パルプ、藻類	
微生物	バクテリア(活性汚泥)、のろ	
油性	タール、重油	×
	軽油	
	脂肪酸、アミン	
懸濁物	土砂	×
	金属美粉末	×
	粘土、石灰質	×
スケール	凝集沈殿物、中和排水処理	
	炭酸カルシウム他	×

:良 :可 ×:不可

システム構成



仕様(BCH-101)

製品名		浸漬形ブラシ洗浄器
型式		BCH-101
電源電圧(*1)		AC 100V 50/60Hz
許容電圧変動範囲		電源電圧の90～110%
消費電力		最大30VA
洗浄中信号出力	接点形態	リレー接点 SPDT (1c)
	接点容量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
	条件	NO-COM間 短絡、NC-COM間 開放
外部洗浄開始入力(*2)	接点形態	無電圧接点
	接点容量	30mA、電圧は電源電圧と同等
	条件	パルス入力 閉時間100msec以上
洗浄停止信号入力(*3)	接点形態	無電圧接点
	接点容量	250mA、電圧は電源電圧と同等
	条件	連続入力 閉で停止
タイマ	洗浄周期	0.1～3.0時間
	洗浄時間	0.5～10.0分間
洗浄方式		スイングブラシによる間欠洗浄
周囲温度		-5～50
周囲湿度		5～90%RH(結露なきこと)
測定液温度(*4)		-5～80 (凍結なきこと)
測定液流速		2m/sec以下
測定液圧力		大気圧
接液材質		SUS316,PP(電極及び浸漬ホルダ材質は含みま
質量		約7.0kg(浸漬ホルダ長1mの場合)
タイマケース	保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリー2)
	材質	AC4C
	塗装	エポキシ変性メラミン樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)
特記事項		本製品に電極及び浸漬ホルダは付属されていません。


*1:電源電圧AC200Vはオプション対応可能です。それ以外の電源電圧についてはご相談ください。

*2:外部洗浄始動入力ラインを使用する場合は洗浄周期タイマ(T1)を取り外してください。

*3:製品出荷時端子間は短絡されています。洗浄停止新語を入力する場合は短絡線を取り外してください。

*4:組合せ電極及び浸漬形ホルダにより使用温度範囲が異なります。各製品の仕様温度を確認してください。

外形寸法(BCH-101)



No	PARTS	NOTES
	タイマユニット	AC4C
	タイマユニットカバー	AC4C
	ブラシホルダ	SUS316
	ストッパー	SUS316
	ブラシ	PP
	浸漬ホルダ固定金具	PVC
	サポートフック	SUS316
	フック	SUS316
	保護管	PP
	配線口	O.D 7to 12cable
	電磁弁	


・サポートフックは1.5m以下の洗浄器には付いていません。

呼び長(m)	L1長	メンテナンススペース	L2長
1	993 ± 10	995以上	1153 ± 10
1.5	1493 ± 10	1495以上	1653 ± 10
2	1993 ± 10	1995以上	2153 ± 10
2.5	2493 ± 10	2495以上	2653 ± 10
3	2993 ± 10	2995以上	3153 ± 10


単位: mm

(*1)メンテナンススペースはタイマユニット上部に必要なスペースになります。

各部の名称/端子(BCH-101)



洗浄器(タイマユニット)




設置に関して(BCH-101)(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。


結線
 ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。

適合電線	7～ 12 0.75mm ² 以上
------	------------------------------




ホールド入力端子
 ON抵抗:最大40Ω
 開放電圧:DC1.2V
 短絡電流:最大21mA


洗浄中信号出力
 接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
 接点容量: AC 250V 3A
 DC 30V 3A(抵抗負荷)
 条件 : NO-COM間 短絡
 NC-COM間 開放




HOLD(洗浄中信号出力(ホールド信号出力))の配線
 ・接点容量は抵抗負荷でAC 250V 3A、DC 30V 3A(負荷抵抗)です。
 ・端子台の「COM、NO、NC」端子から洗浄中信号出力を取ることが出来ます。



START(外部洗浄動作入力)の配線
 ・外部洗浄始動入力を用いて、外部から洗浄を開始させることが出来ます。
 ・端子台の「START」端子へ100ms以上の「閉」信号を入力してください。



STOP(洗浄停止信号入力)の配線
 ・「STOP」端子を利用して、洗浄動作を停止させることが出来ます。
 ・洗浄用のモーターへの電源ラインと直列に配列されています。
 ・この端子を「オープン」にするとモータに通電されないため、洗浄動作を停止させることが出来ます。通常はショートバーで短絡されています。




設置に関して(ブラシ洗浄器とホルダ)

以下の図に倣って設置・施工を行ってください。


取り付け

- ・浸漬ホルダに取り付けているフック、サポートフックをブラシホルダにはめ込んでください。
- ・フックをブラシホルダに沿わせゆっくり下ろしてください。
- ・ストップバにひっかかったら浸漬ホルダ固定具を閉じてください。



取り外し


- ・浸漬ホルダ固定具を開けてください。
- ・浸漬ホルダを真上に引き上げてください。
- ・フック、サポートフックをブラシホルダから取り外してください。




据付に関して

設置環境

- ・保守などの作業が容易に行える場所に取り付けてください。
- ・測定液液面が変動しても、常にセンサが浸かっている様に取り付けてください。
- ・腐食性の流体、ガスなどがかかる場所の取り付けは避けてください。
- ・発熱体などのそばで表面、周囲温度が50℃以上になる場所への取り付けは避けてください。




組合せ(浸漬形ブラジレット洗浄器)



H-1シリーズ用浸漬形ブラシジェット洗浄器

BCH-101J



概要

本器は電極のガラス膜及び液落部の汚れをブラッシングと洗浄水を同時に噴流する事で間欠洗浄します。本洗浄器にはタイマ機能が無い為、変換器のタイマ機能により、洗浄間隔、洗浄時間の設定を行います。


対象

ブラシジェット洗浄器は以下の様な対象物に比較的有効です。但し、諸条件により洗浄効果は異なり保証するものではありません。

性状分類	対象	
スライム	食品、紙、パルプ、藻類	
微生物	バクテリア(活性汚泥)、のろ	
油性	タール、重油	×
	軽油	
	脂肪酸、アミン	
懸濁物	土砂	
	金属美粉末	
	粘土、石灰質	
スケール	凝集沈殿物、中和排水処理	
	炭酸カルシウム他	

:良 :可 ×:不可

システム構成



仕様(BCH-101J)

製品名		浸漬形ブラシジェット洗浄器
型式		BCH-101J
電源電圧(*1)		AC 100V 50/60Hz
許容電圧変動範囲		電源電圧の90～110%
消費電力		最大90VA
洗浄中信号出力	接点形態	リレー接点 SPDT (1c)
	接点容量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
	条件	NO-COM間 短絡、NC-COM間 開放
外部洗浄開始入力(*2)	接点形態	無電圧接点
	接点容量	最大30mA (電圧は電源電圧と同等)
	条件	パルス入力 閉時間100msec以上
洗浄停止信号入力(*3)	接点形態	無電圧接点
	接点容量	最大250mA (電圧は電源電圧と同等)
	条件	連続入力 閉で停止
タイマ	洗浄周期	0.1～3.0時間
	洗浄時間	0.5～10.0分間
	洗浄中信号 遅延時間	0.2～5.0分間
洗浄方式		スイングブラシ及び水ジェットによる間欠洗浄
周囲温度		-5～50
周囲湿度		5～90%RH(結露なきこと)
測定液温度(*4)		-5～80 (凍結なきこと)
測定液流速		2m/sec以下
測定液圧力		大気圧
洗浄器圧力		0.1～0.5MPa
洗浄水水質		水道水相当
洗浄水消費量		約4L/min
洗浄用接続口径(*5)		Rc1/4
接液材質		SUS316,PP(電極及び浸漬ホルダ材質は含まず)
質量		約8.0kg(浸漬ホルダ長1mの場合)
タイマケース	保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリー2)
	材質	AC4C
	塗装	エポキシ変性メラミン樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)
特記事項		本製品に電極及び浸漬ホルダは付属されていません。

*1:電源電圧AC200Vはオプション対応可能です。それ以外の電源電圧についてはご相談ください。

*2:外部洗浄始動入力ラインを使用する場合は洗浄周期タイマ(T1)を取り外してください。

*3:製品出荷時端子間は短絡されています。洗浄停止新語を入力する場合は短絡線を取り外してください。

*4:組合せ電極及び浸漬形ホルダにより使用温度範囲が異なります。


各製品の仕様温度を確認してください。

*5:洗浄水に水道水を使用する場合は上水道から直接供給するのは水道法によって禁止されています。

水道水加圧装置などを使用し一般の水道管と絶縁してください。

また、洗浄水が凍結する恐れがある場合は暖冷保温配管を施してください。

外形寸法(BCH-101J)



No	PARTS	NOTES
	タイマユニット	AC4C
	タイマユニットカバー	AC4C
	パイプ	SUS316
	ブラシホルダ	SUS316
	ストッパー	SUS316
	ブラシ	PP
	浸漬ホルダ固定具	PVC
	サポートフック	SUS316
	フック	SUS316
	保護具	PP
	配線口	O.D 7to 12cable
	電磁弁	

・サポートフックは1.5m以下の洗浄器には付いていません。

呼び長(m)	L1長	メンテナンススペース(*1)	L2長
1	993 ± 10	995以上	1153 ± 10
1.5	1493 ± 10	1495以上	1653 ± 10
2	1993 ± 10	1995以上	2153 ± 10
2.5	2493 ± 10	2495以上	2653 ± 10
3	2993 ± 10	2995以上	3153 ± 10



浸漬形ブラジレット洗浄器BCH-121Jの 単位:mm
 L1長とL2長と公差は表通りです。
 メンテナンススペースは電磁弁上部に必要なスペースになります。

設置に関して(BCH-101J)(結線)


以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

- 結線**
- ・安全の為、動作を行うまでは電源を「ON」にしないでください。
 - ・定格電圧以外の電源は入力しないで下さい。誤って入力するとリレー、タイマー、モータを破損します。
 - ・感電防止の為、保護接地端子は必ず接地(D種接地)してください。
 - ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。
 - ・作業完了後、必ず感電防止の為、ターミナルカバーを取り付けてください。


適合電線	7～ 12 0.75mm ² 以上
------	------------------------------



洗浄器(タイマユニット)




設置に関して(BCH-101J)(総合結線)




ホールド入力端子
ON抵抗:最大40Ω
開放電圧:DC1.2V
短絡電流:最大21mA


洗浄中信号出力
接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
接点容量:AC 250V 3A
DC 30V 3A(抵抗負荷)
条件 :NO-COM間 短絡
NC-COM間 開放




HOLD(洗浄中信号出力(ホールド信号出力))の配線
 ・接点容量は抵抗負荷でAC 250V 3A、DC 30V 3A(負荷抵抗)です。
 ・端子台の「COM、NO、NC」端子から洗浄中信号出力を取ることが出来ます。



START(外部洗浄動作入力)の配線
 ・外部洗浄始動入力を用いて、外部から洗浄を開始させることが出来ます。
 ・端子台の「START」端子へ100ms以上の「閉」信号を入力してください。



STOP(洗浄停止信号入力)の配線
 ・「STOP」端子を利用して、洗浄動作を停止させることが出来ます。
 ・洗浄用のモーターへの電源ラインと直列に配列されています。
 ・この端子を「オープン」にするとモータに通電されないで、洗浄動作を停止させることが出来ます。通常はショートバーで短絡されています。




設置に関して(ブラシジェット洗浄器とホルダ)

以下の図に倣って設置・施工を行ってください。


取り付け

- ・浸漬ホルダに取り付けているフック、サポートフックをブラシホルダにはめ込んでください。
- ・フックをブラシホルダに沿わせゆっくり下ろしてください。
- ・ストップにひっかかったら浸漬ホルダ固定具を閉じてください。



取り外し

- ・浸漬ホルダ固定具を開けてください。
- ・浸漬ホルダを真上に引き上げてください。
- ・フック、サポートフックをブラシホルダから取り外してください。




設置に関して(BCH-101J)(配管)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

配管


- ・メンテナンス時洗浄器を取りはずす場合があるので、配管はフレキシブルなもので長さに余裕を与えてください。
- ・配管を洗浄器に接続する前に必ず通水して配管内のゴミを洗い流してください。
- ・洗浄水はレギュレータにて規定圧力に調整してください。
- ・洗浄水に水道水を使用する場合は上水道から直接供給するのは水道法によって禁止されています。一端水槽などに受け、ポンプで加圧する方法を取って下さい。但し、独自の工業用水(三次処理水)を用いる場合には直接接続できます。また、水道水であっても一端屋上などのタンクを経由して配水されていて絶縁されている場合は接続できます。



据付に関して

設置環境

- ・保守などの作業が容易に行える場所に取り付けてください。
- ・測定液液面が変動しても、常にセンサが浸かっている様に取り付けてください。
- ・腐食性の流体、ガスなどがかかる場所の取り付けは避けてください。
- ・発熱体などのそばで表面、周囲温度が50℃以上になる場所への取り付けは避けてください。



H-1シリーズ用流通形超音波洗浄器

UCF-series



概要

本器はpH電極と組み合わせて電極に付着した汚れを剥離洗浄、または汚れの付着を未然に防止します。超音波を電極に連続照射しそのキャピテーション効果により電極に付着した汚れを防止します。洗浄効果を高める為に超音波を連続的に間欠発振させる方式を採用(バースト発振)



対象

超音波洗浄器は以下の様な対象物に比較的有効です。但し、諸条件により洗浄効果は異なり保証するものではありません。


性状分類	対象	
スライム	食品、紙、パルプ、藻類	
微生物	バクテリア(活性汚泥)、のろ	
油性	タール、重油	×
	軽油	
	脂肪酸、アミン	×
懸濁物	土砂	
	金属美粉末	
	粘土、石灰質	
スケール	凝集沈殿物、中和排水処理 炭酸カルシウム他	

:良 :可 ×:不可

システム構成



組合せ(流通形超音波洗浄器)



仕様(UCF-301・UCF-311)



製品名		流通形用超音波洗浄器 (超音波発振器一体型)	流通形用超音波洗浄器 (超音波発振器別設置型)
型式		UCF-301	UCF-311
周囲温度		-5 ~ 50	
周囲湿度		5 ~ 90%RH(結露なきこと)	
測定液条件	温度(*1)	-5 ~ 80 (凍結なきこと)	
	圧力	-5 ~ 40	:0.30MPa
		40 ~ 60	:0.22MPa
		60 ~ 80	:0.15MPa
流量	0.3 ~ 10L/min		
接液材質(*2)		SUS316、PP、FKM(電極材質は含みません)	
電源電圧		AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
許容電圧変動範囲		電源電圧の90 ~ 110%	
消費電力		10VA	
洗浄方式		超音波連続照射方式	
制御方法		発振時間制御によるバースト方式	
発振周波数		約70kHz	
発振器ケース	保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリー2)	
	材質	AC4C	
	塗装	エポキシ変性メラミン樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)	
測定液接続口径		JIS 10K 25A FF フランジ	
ホルダ内圧加圧口(*3)		Rc1/8	
質量		約7.0kg	発振器: 約2.0kg 洗浄ユニット: 約3.0kg
特記事項		<ul style="list-style-type: none"> ・手動で定期加圧を行う場合はオプションの加圧口、ハンドポンプを別途手配ください。 ・メンテナンス時にはホルダを着脱する為、計装エア用配管はフレキシブルなものを使用してください。 ・計装エアラインにはミストキャッチ及びフィルターつきレギュレータを装着してください。 ・本製品に電極は付属されていません。 	

*1: 組合せ電極及びホルダにより使用温度範囲が異なります。各製品の仕様温度を確認してください。

*2: FKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合にはご相談ください。


*3: 測定液圧力に対して加圧ホルダ内の圧力は常に0.03 ~ 0.05MPa高く維持してください。

外形寸法(UCF-301)




No	PARTS	NOTES
	圧力計	0 ~ 0.5MPa SUS304
	kcl注入口	PVC
	kclタンク	PVC
	加圧ホルダ	
	超音波発振器	AC4C
	配管口	O.D 7to12cabel
	振動子固定ナット	SUS304
	ロック板	SUS304
	締め付けナット	SUS304
	流通ホルダ	SUS316
	ケーブルキャップ	PPO
	ホルダキャップ	PPO
	加圧取合ネジ	Rc1/8
	ホルダ	PP
	加圧ユニオン	C3604
	継手	for 6/ 4 チューブ PVDF

オプション
オプション




外形寸法(UCF-311)



No	PARTS	NOTES
	圧力計	0~0.5MPa SUS304
	kcl注入口	PVC
	kclタンク	PVC
	加圧ホルダ	
	流通ホルダ	PPO
	振動子固定ナット	PP
	中継ボックス	Al
	配線口	O.D 7~ 12ケーブル
	締め付けナット	PP
	ロック板	SUS316
	ケーブルキャップ	PPO
	ホルダキャップ	PPO
	加圧取合ネジ	Rc1/8
	ホルダ	PPO
	加圧ユニオン	C3604
	継手	for 6/ 4 チューブ PVDF

オプション
オプション




設置に関して(UCH-301)(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

- 電源**
- ・本器には電源スイッチがあります。作業の際はOFFにしてください。
 - ・定格範囲外の電圧で動作させると故障の原因となりますので電源電圧を確認してください。
 - ・電源の電圧変動範囲も±10%の範囲に入っているか十分確認してください。
 - ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 - ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。
 - ・作業終了後、動作中は必ず感電防止の為発振器キャップを取り付けてください
 - ・超音波振動子との端子は結線が行われております。

供給電力	電圧: AC 100 ~ 240V
	周波数: 50/60Hz
適合電線	7 ~ 12




設置に関して(US-2(UCF-311))(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

- 電源**
- ・本器には電源スイッチがあります。作業の際はOFFにしてください。
 - ・定格範囲外の電圧で動作させると故障の原因となりますので電源電圧を確認してください。
 - ・電源の電圧変動範囲も±10%の範囲に入っているか十分確認してください。
 - ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 - ・配線口のケーブル適合径は 7～ 12です。
 - ・作業終了後、動作中は必ず感電防止の為発振器キャップを取り付けてください。

供給電力	電圧: AC 100 ~ 240V
	周波数: 50/60Hz
適合電線	7 ~ 12




設置に関して(UCF-301/UCF-311)

下記事項を必ず守って設置してください。

設置環境

- ・保守等の作業が容易に行える場所に取付けてください。
- ・加圧型ホルダ上部は保守スペースとして 15cm以上あけてください。又、取外しできるように電極ケーブル余裕を持たせてください。
- ・激しい振動のある場所や、ダストの多い場所への取付けは避けてください。
- ・測定液が停止しても、ライン内の測定液が抜けて電極が空气中に浮き上がらないように取付けてください。
- ・腐食性の液、ガス等のかかる場所への取付けは避けてください。

- ・発熱体等のそばで表面、周囲温度が50 以上になる場所への取付けは避けてください。
- ・気泡、スラリー、電極を破損するような固形物等を含む測定液の場合は、前もってこれらを除去してください。
- ・流通形ホルダはメインラインへの組込は行わないでください。必ずバイパスラインまたはサンプリングラインを設けて取付けてください。(メインラインを止めないとメンテナンス作業を行えなくなります。)



配管



流通形ホルダの設置は、メインライン中にバイパスラインを設け、流通形ホルダの下方から測定液が流入して側方に流出するように設置します。流入側及び流出側には必ずバルブを設けてください。【図1】参照

測定液の流量が多すぎると、キャピテーションなどの発生や流速による電極液絡への加圧により指示値に変動を生じることがあります。又流量が少なすぎると指示値の遅れを生じますので、測定液の条件に応じて流量調節をしてください。

測定液中に浮遊物が多いときには、ホルダ流入側にストレーナを設けてください。【図2】参照


図 1

図 2




H-1シリーズ用流通形ジェット洗浄器

JCF-series



システム構成



概要


本器はpH電極と組み合わせて電極に付着した汚れを剥離洗浄、または汚れの付着を未然に防止します。本洗浄器は、電極のセンサ膜および液絡部の汚れを、洗浄液及びエアにより間欠洗浄します。別設置のタイマユニットにより、洗浄間隔、洗浄時間の設定ができます。なお、ジェット洗浄器は、下記のようなものに比較的有効です。但し、諸条件により効果は異なるので、保証するものではありません。

対象


超音波洗浄器は以下の様な対象物に比較的有効です。但し、諸条件により洗浄効果は異なり保証するものではありません。

性状分類	対象	
スライム	食品、紙、パルプ、藻類	
微生物	バクテリア(活性汚泥)、のろ	
油性	タール、重油	×
	軽油	
	脂肪酸、アミン	
懸濁物	土砂	
	金属美粉末	
	粘土、石灰質	
スケール	凝集沈殿物、中和排水処理	
	炭酸カルシウム他	

:良 :可 ×:不可



組合せ(流通形ジェット洗浄器)



仕様1(JCF-301/311)

製品名		流通形ジェット洗浄器 (タイマユニット一体型)	流通形ジェット洗浄器 (タイマユニット別設置型)
型式		JCF-301	JCF-311
周囲温度		-5 ~ 50	
周囲湿度		5 ~ 90%RH(結露なきこと)	
測定液条件	温度(*1)	-5 ~ 80 (凍結なきこと)	
	圧力	-5 ~ 40	:0.30MPa
		40 ~ 60	:0.22MPa
流量	60 ~ 80 :0.15MPa		
接液材質(*2)		SUS316、PP、FKM(電極材質は含みません)	
電源電圧		AC100V 50/60Hz	-
許容電圧変動範囲		電源電圧の90 ~ 110%	-
消費電力		最大30VA	-
洗浄中信号出力	接点形態	リレー接点 SPDT (1c)	-
	接点容量	AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)	-
	条件	NO-COM間 短絡、NC-COM間 開放	-
外部洗浄開始入力(*3)	接点形態	無電圧接点	-
	接点容量	30mA、電圧は電源電圧と同等	-
	条件	パルス入力 閉時間100msec以上	-
洗浄停止信号入力(*4)	接点形態	無電圧接点	-
	接点容量	250mA、電圧は電源電圧と同等	-
	条件	連続入力 閉で停止	-
タイマ	洗浄周期	0.1 ~ 3.0時間	-
	洗浄時間	0.5 ~ 10.0分間	-
	洗浄中信号 遅延時間	0.2 ~ 5.0分間	-

仕様2(JCF-301/311)

洗浄方式	間欠水ジェット/エアージェット洗浄	
洗浄圧力(*5)	水/エア:0.05~0.5MPa 測定液圧力に対して、+0.05~0.2MPaを目処に調整してください。	
洗浄用接続口径	Rc1/2	
保護等級	IP54(IEC60529、JIS C0920)(カテゴリ-2)	-
材質	AC4C	-
塗装	エポキシ変性メタクリル樹脂塗装(マンセル 10PB5/1)	-
測定液接続口径	JIS 10K 25A FF フランジ	
ホルダ内圧加圧口(*6)	Rc1/8	
質量	約9.5kg	約3.0kg
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・手動で定期加圧を行う場合はオプションの加圧口、ハンドポンプを別途手配ください。 ・メンテナンス時にはホルダを着脱する為、計装エア用配管はフレキシブルなものを使用してください。 ・計装エアラインにはミストキャッチ及びフィルターつきレギュレータを装着してください。 ・本製品に電極は付属されていません。 	

*1 組み合わせ電極により使用温度範囲が異なります。電極の仕様温度を確認してください。

また測定液が凍結状態では測定出来ません。

*2: FKM(フッ素ゴム)を侵す(強アルカリなど)サンプル性状の場合にはご相談ください。

*3: 外部洗浄始動入力ラインを使用しない場合は、洗浄周期タイマ(T1)を取り外してください。


*4: 製品出荷時、端子間は短絡されています。洗浄停止信号を入力する場合は短絡線を取り外してください。

*5: 洗浄水に水道水を使用する場合は、上水道から直接供給するのは水道法によって禁止されていますので、水道水加圧装置などを使用して一般の水道管と絶縁してください。

また、洗浄水が凍結する恐れがある場合には、暖冷保温配管を施してください。


*6: 測定液圧力に対して、加圧ホルダ内の圧力は常に0.03~0.05MPa高く維持してください。

外形寸法(JCF-301)




No	PARTS	NOTES
	圧力計	0~0.5MPa SUS304
	kcl注入口	PVC
	kclタンク	PVC
	加圧ホルダ	
	締め付けナット	PP
	ロック板	SUS304
	タイマユニット	AC4C
	配線口	O.D 7 to 12cable
	ノズル固定ナット	PP
	電磁弁	Rc1/2
	ケーブルキャップ	PPO
	ホルダキャップ	PPO
	加圧取合ネジ	Rc1/8
	ホルダ	PP
	流通ホルダ	PP
	加圧ユニオン	C3604
	継手	for 6/ 4 チューブ PVDF

オプション
オプション




外形寸法(JCF-311)




No	PARTS	NOTES
	圧力計	0 ~ 0.5MPa SUS304
	kcl注入口	PVC
	kclタンク	PVC
	加圧ホルダ	
	締め付けナット	PP
	ロック板	SUS304
	ノズル固定ナット	PP
	洗浄水/エア口	Rc1/2
	ケーブルキャップ	PPO
	ホルダキャップ	PPO
	加圧取合ネジ	Rc1/8
	ホルダ	PP
	流通ホルダ	PP
	加圧ユニオン	C3604
	継手	for 6/ 4 チューブ PVDF


オプション
オプション



各部の名称/端子(JCF-301/JT-2(JCF-311))



洗浄器(タイマユニット)




設置に関して(JCF-301/JT-2(JCF-311))(結線)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。


結線
 ・接地端子は安全のため必ず接地(D種接地)してください。
 ・配線口のケーブル適合径は 7~ 12です。

適合電線	7~ 12 0.75mm ² 以上
------	------------------------------




ホールド入力端子
 ON抵抗:最大40Ω
 開放電圧:DC1.2V
 短絡電流:最大21mA


洗浄中信号出力
 接点形態:リレー接点 SPDT(1c)
 接点容量: AC 250V 3A
 DC 30V 3A(抵抗負荷)
 条件 : NO-COM間 短絡
 NC-COM間 開放




HOLD(洗浄中信号出力(ホールド信号出力))の配線
 ・接点容量は抵抗負荷でAC 250V 3A、DC 30V 3A(負荷抵抗)です。
 ・端子台の「COM、NO、NC」端子から洗浄中信号出力を取ることが出来ます。



START(外部洗浄動作入力)の配線
 ・外部洗浄始動入力を用いて、外部から洗浄を開始させることが出来ます。
 ・端子台の「START」端子へ100ms以上の「閉」信号を入力してください。



STOP(洗浄停止信号入力)の配線
 ・「STOP」端子を利用して、洗浄動作を停止させることが出来ます。
 ・洗浄用のモーターへの電源ラインと直列に配列されています。
 ・この端子を「オープン」にするとモータに通電されないので、洗浄動作を停止させることが出来ます。通常はショートバーで短絡されています。





設置に関して(JCF-301/JCF-311)(配管)

以下の内容に注意し設置・施工を行ってください。

設置環境

- ・ 保守等の作業が容易に行える場所に取付けてください。
- ・ 加圧型ホルダ上部は保守スペースとして 15cm以上あけてください。又、取外しできるように電極ケーブル余裕を持たせてください。
- ・ 激しい振動のある場所や、ダストの多い場所への取付けは避けてください。
- ・ 測定液が停止しても、ライン内の測定液が抜けて電極が空気中に浮き上がらないように取付けてください。
- ・ 腐食性の液、ガス等のかかる場所への取付けは避けてください。

- ・ 発熱体等のそばで表面、周囲温度が50 以上になる場所への取付けは避けてください。
- ・ 気泡、スラリー、電極を破損するような固形物等を含む測定液の場合は、前もってこれらを除去してください。
- ・ 流通形ホルダはメインラインへの組込は行わないでください。必ずバイパスラインまたはサンプリングラインを設けて取付けてください。(メインラインを止めないとメンテナンス作業を行えなくなります。)



配管



流通形ホルダの設置は、メインライン中にバイパスラインを設け、流通形ホルダの下方から測定液が流入して側方に流出するように設置します。流入側及び流出側には必ずバルブを設けてください。【図1】参照

測定液の流量が多すぎると、キャピテーションなどの発生や流速による電極液絡への加圧により指示値に変動を生じることがあります。又流量が少なすぎると指示値の遅れを生じますので、測定液の条件に応じて流量調節をしてください。

測定液中に浮遊物が多いときには、ホルダ流入側にストレーナを設けてください。【図2】参照

図1

図2




設置に関して(JCF-301/JCF-311)(配管)

下記事項を必ず守って設置してください。


配管

- ・メンテナンス時洗浄器を取りはずす場合があるので、配管はフレキシブルなもので長さに余裕を与えてください。
- ・配管を洗浄器に接続する前に必ず通水して配管内のゴミを洗い流してください。
- ・洗浄水はレギュレータにて規定圧力に調整してください。
- ・洗浄水に水道水を使用する場合は上水道から直接供給するのは水道法によって禁止されています。一端水槽などに受け、ポンプで加圧する方法を取ってください。但し、独自の工業用水(三次処理水)を用いる場合には直接接続できます。また、水道水であっても一端屋上などのタンクを経由して配水されていて絶縁されている場合は接続できます。



加圧配管

- ・空気入れによる加圧の場合、加圧口を利用してください。
- ・加圧ホルダ内の圧力は0.03～0.05MPaの状態を維持してください。
- ・計装エアーを使用する場合はメンテナンスを考慮し、フレキシブルなホースを使用してください。



- ・計装エアーで加圧の場合、ユニオンを利用してください。
- ・加圧ホルダ内の圧力は0.03～0.05MPaの状態を維持してください。
- ・計装エアーを使用する場合はメンテナンスを考慮し、フレキシブルなホースを使用してください。
- ・流通ホルダの近くにレギュレータ(フィルター付き)を設け加圧ホルダとの間をチューブで(4×6)で接続してください。

