



試験所

認定証

認定番号 RTL00880

機 関 名 称 : 株式会社堀場テクノサービス
分析技術本部

所 在 地 : 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに試験所として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 化学試験 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2031年3月31日

改定日 2026年7月28日

更新日 2027年4月1日

初回認定日 2001年6月26日

公益財団法人

日本適合性認定協会

理事長

三木 幸信



認定番号

RTL00880

認定証 附属書

(1/2頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社堀場テクノサービス 分析技術本部
機関所在地	京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

1) 試験を実施する事業所

事業所名称	株式会社堀場テクノサービス 分析技術本部	
同 所在地	〒	601-8305
	住所	京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地
恒久的施設で行う試験か、 現地試験かの別	☒ 恒久的施設で行う試験 ☐ 現地試験	

認定範囲

分野	M26 化学試験
分類コード	M26.A1
分類名称	金属：鉄鋼及び関連製品

技術分類コード及び名称	試験対象項目	試験規格／標準作業手順書
B2.1 吸光光度分析： 赤外分光分析	C 測定範囲 0.001 %以上, 5.0 %以下	JIS G 1211-3(8.2c)を除く)
	S 測定範囲 0.0005 %以上, 0.70 %以下	JIS G 1215-4
	O 測定範囲 0.0010 %以上, 0.020 %以下	JIS G 1239
B4.3 熱伝導度測定	N 測定範囲 0.0010 %以上, 0.10 %以下	JIS G 1228-3



認定番号

RTL00880

認定証 附属書

(2/2頁)

試験所・校正機関の別	試験所
機関名称	株式会社堀場テクノサービス 分析技術本部
機関所在地	京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地

【認定証に係る注記】

- 1) この認定は、上記規格に規定されたラボラトリ活動を対象とするものであり、規格に含まれるその他の活動、例えばリスクマネジメント、リスクアセスメントの実施等はラボラトリの認定された能力の範囲には含まない。
- 2) 年号及び/又は版番号の表記がない場合、最新規格の発行後半年以内に最新版に対応した試験・校正・サンプリングを実施する。
- 3) FCC 向け EMC 試験所のみ
本認定は、試験対象品目が FCC 規制による承認を受けたことを意味するものではない。
FCC が承認した試験所の一覧は FCC ウェブサイト(<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/>) を参照のこと。

公益財団法人
日本適合性認定協会