


pH 計の校正のしくみ（ゼロ・スパン校正モード図）



pH 計調整方法（pH7.4 の場合）

----- : 校正前

..... : pH7 標準液での校正後

———— : pH7 標準液に続けて pH4 標準液での校正後

a ↓ : pH7 調整（平行移動）ゼロ校正

b ↻ : pH4 調整（回転）スパン校正